



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чувашской Республике - Чувашии

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 21.01.04.000.М.000178.08.23 от 07.08.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): хранение, эксплуатация аппарата рентгеновского медицинского диагностического - система компьютерной томографии (технические характеристики источника в соответствии с приложением на 1 листе)

кабинет рентгеновской компьютерной томографии. Адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Радужная, д. 12, пом. 1 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Радужный". Местонахождение: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Радужная, зд. 12, помещение 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение ООО "МТА-ЭКСПЕРТ" №4600 от 28.07.2023 г. (аттестат аккредитации №РА.RU.710248 от 23.10.2017 г.). Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до 07.08.2028 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3497146



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чувашской Республике - Чувашии

(единица территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 21.01.04.000.M.000178.08.23 ОТ 07.08.2023 г.

условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): хранение, эксплуатация аппарата рентгеновского медицинского диагностического - система компьютерной томографии

1. Подразделение, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: кабинет рентгеновской компьютерной томографии ООО "МЦ "Радужный" по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Радужная, д. 12, пом. 1.

2. Должностное лицо, ответственное за радиационную безопасность на объекте: главный врач Г. Г. Мусалимова, приказ о возложении ответственности от 24.07.2023 г. № 1-РБ.

3. Разрешаются работы с источниками ионизирующего излучения:

3.1. Вид и характеристика источников ионизирующего излучения:

Работы с устройствами, генерирующими излучение:

- система компьютерной томографии Aquilion Lightning (TSX-035A), зав. № 7CD2263423, год выпуска - 2022, номинальное анодное напряжение - 135 кВ, сила тока - 420 мА.

3.2. Вид и характер работ: эксплуатация и хранение системы компьютерной томографии Aquilion Lightning (TSX-035A).

3.3. Места проведения работ: кабинет рентгеновской компьютерной томографии ООО "МЦ "Радужный" по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Радужная, д. 12, пом. 1.

3.4. Ограничительные условия: не допускается работа персонала группы "А" без средств индивидуальной защиты и дозиметрического контроля.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0166887